





















COMPATIBILI CON:

JD DENTAL CARE®







EVOLUTION ICON®

	Ingaggio vite 	Descrizione Vite di serraggio	Codice VIMA
		Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,8 Testa: 2,1 Torque: 25 N/cm²
	Ingaggio vite 	Descrizione Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI	Codice VIFIMA
		Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,8 Testa: 2,1 Torque: 15 N/cm²
		Descrizione Analogo da laboratorio	Codice ANAMA
		Materiale AISI 303	
	Ingaggio vite 	Descrizione Vite di fissaggio per analogo	Codice VIANA
		Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,6
	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base	Codice NDMAT
		Materiale Titanio gr 5	Non rotazionale Altezza: 4 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base	Codice NDMAT-L
		Materiale Titanio gr 5	Non rotazionale Altezza: 6,5 mm Vite abbinata inclusa
		Descrizione Scan body per T-Base	Codice SCABOND
		Materiale PEEK Naturale	Per tutti i Ø Altezza: 4 mm
		Descrizione Scan body per T-Base	Codice SCABONDL
		Materiale PEEK Ceramico	Per tutti i Ø Altezza: 6,5 mm
		Descrizione Calcinabile per T-Base	Codice CAND46
		Materiale PMMA Trasparente	Altezza: 4 mm
	Ingaggio vite 	Descrizione Cilindro di lavoro	Codice CILMAT
		Materiale Titanio gr 5	Non Rotazionale Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione Cilindro di lavoro	Codice CILMAT-R
		Materiale Titanio gr 5	Rotazionale Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione Cilindro di lavoro	Codice CILMAC
		Materiale CrCo	Non Rotazionale Vite abbinata inclusa

Note:

COMPATIBILI CON:







JD DENTAL CARE® EVOLUTION ICON®

	Ingaggio vite 	Descrizione Scanmarker per scansioni intraorali Materiale Alluminio	Codice INMAA Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione Scanmarker per scansioni intraorali Materiale Titanio gr 5 e PEEK ceramico	Codice INMAMP Driver da abbinare: DRESAELOS
	Ingaggio 	Descrizione Premilled Materiale Titanio gr 5	Codice PREMAT-L Altezza: lungo Vite abbinata inclusa Supporto: SUPPRECR
	Ingaggio 	Descrizione Premilled Materiale CrCo	Codice PREMAC Vite abbinata inclusa Supporto: SUPPRECR
		Descrizione Supporto per Premilled in cromo Materiale AISI 303	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

Note:

JD DENTAL CARE®

EVOLUTION ICON®

	Ingaggio 	Descrizione M.U.A. STD dritto 0° Materiale Titanio gr 5	Codice MUA10MA Altezza: 1,0 mm
	Ingaggio 	Descrizione M.U.A. STD dritto 0° Materiale Titanio gr 5	Codice MUA20MA Altezza: 2,0 mm
	Ingaggio 	Descrizione M.U.A. STD dritto 0° Materiale Titanio gr 5	Codice MUA30MA Altezza: 3,0 mm

Nota: componenti abbinabili a pag. 242

JD DENTAL CARE®

EVOLUTION ICON®

	Ingaggio vite	Descrizione Vite di serraggio	Codice VIAMASTD
		Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,8 Testa: 2,1 Torque: 25 N/cm²
	Ingaggio vite	Descrizione M.U.A. STD angolato 22°	Codice AMUA1720MA
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 2,0 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione M.U.A. STD angolato 22°	Codice AMUA1730MA
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 3,0 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione M.U.A. STD angolato 30°	Codice AMUA2720MA
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 2,0 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione M.U.A. STD angolato 30°	Codice AMUA2730MA
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 3,0 mm Vite abbinata inclusa

Nota: componenti abbinabili a pag. 242